

Detalhe Equipamento

Equipamento

Bomba de Infusão de Seringa

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Centro Cirúrgico

Atividade

Assistência Obstétrica e Neonatal - Maternidade Rede Cegonha

Ambiente

Sala grande de cirurgia (ortopedia, neurologia, cardiologia, etc)

Nomenclatura

Bomba de Infusão de Seringa

Sinônimos

Bomba de Seringa, Bomba Infusão

Definição e Aplicação

Bomba de infusão para uso em unidade de terapia intensiva no cuidado de pacientes pediátricos e adultos.


Item	Soma SUS	Informática	Classificação
10452	E110	N	Médico Assistencial

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 7.220,00

Bomba de infusão microprocessada, que aceite seringa de qualquer marca. Deve permitir seringas com capacidade de, no mínimo, 10, 20, 50ml. Deve garantir doses de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h no mínimo; Possuir menu para configuração de lista de drogas. Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: KVO ajustável com no mínimo vazão : 0,1 ml/h, bolus programável. O aparelho deve possuir os seguintes alarmes ajustáveis audiovisuais: oclusão, KVO, seringa vazia, ausência de seringa, fim de curso bateria fraca, falha de programação. Possuir display de LCD de fácil leitura com informações constantes da velocidade de infusão em ml/h, volume infundido. Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. Acessórios que acompanham: 01 cabo de alimentação, caso necessário.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
LIFEMED INDUSTRIAL EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS S.A	http://www.lifemed.com.br	(53)32733232
MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	http://www.mindray.com/pt/index.html	(11)36721443
POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	http://www.politecsaude.com.br	(11)41956001

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	http://www.samtronic.com.br	(11)22447748

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Cardioversor

Atividade

Assistência à Emergência - Hospital

Unidade Funcional / Unidade

Atendimento Imediato/Atendimentos de Urgência e Emergência-Urgências (alta complexid.) e Emergências

Ambiente

Sala coletiva de observação de pediatria

Nomenclatura

Cardioversor

Sinônimos

Cardioversor, Desfibrilador e Monitor de ECG

Definição e Aplicação

Equipamento utilizado para aplicar uma carga, sincronizada, buscando o restabelecimento do ritmo cardíaco.


Item	Soma SUS	Informática	Classificação
936	E085	N	Médico Assistencial

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 29.303,00

COMANDO NAS PÁS: CARGA E DISPARO; MEMÓRIA DE ECG: POSSUI; MARCAPASSO/MÓDULO DEA/OXIMETRIA: NÃO POSSUI/POSSUI/NÃO POSSUI
IMPRESSORA: POSSUI; BATERIA: POSSUI; PÁS INTERNAS: NÃO POSSUI

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
HATRIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	http://www.hatril.com.br	(61)33813700
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	http://www.indumed.com.br	(11)26264444
LIFEMED INDUSTRIAL EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS S.A	http://www.lifemed.com.br	(53)32733232
PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	http://www.healthcare.philips.com/br_pt/	(11)21250600
PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	http://www.prolife.com.br	(11)50817190

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
STRYKER DO BRASIL LTDA.	http://www.stryker.com.br	(11)51892500

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Carro de Emergência

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Endoscopia Digestiva e Respiratório

Atividade

Apoio Diagnóstico - Ambulatório

Ambiente

Sala de recuperação

Nomenclatura

Carro de Emergência

Sinônimos

Carro de Anestesia, Carro de Emergência, Carro para Cardioversor e Material de Reanimação, Carrinho de Parada.

Definição e Aplicação

Carro para transporte de materiais e equipamentos utilizado para atender situações de emergência, urgência.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
10798	E088	N	Apoio

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 3.815,00

SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: POSSUISUPORTE DE SORO: POSSUIGAVETAS: NO MÍNIMO 3SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUITÁBUA DE MASSAGEM: POSSUIRÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 MRÉGUA DE GASES: NÃO POSSUI

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA	http://https://www.desematec.com.br	(47)33370898
KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - EPP	http://www.grupokss.com.br/	(41)33822066
LANCO LTDA.	http://www.lanco.com.br	(15)33639234
OLIDEF CZ INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	http://www.olidef.com.br	(16)39199350

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Esfigmomanômetro Adulto

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Radiologia

Atividade

Apoio Diagnóstico - Hospital Psiquiátrico

Ambiente

Sala de indução anestésica e recuperação de exames

Nomenclatura

Esfigmomanômetro Adulto

Sinônimos

Esfigmomanômetro, Aparelho de Pressão Arterial, Medidor de Pressão Arterial, Tensiómetro

Definição e Aplicação

Equipamento utilizado para aferição, não invasiva, da pressão arterial.


Item	Soma SUS	Informática	Classificação
10785		N	Médico Assistencial

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 236,00

TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO/NYLON OU TECIDO DE ALGODÃO

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT

HALMA SAÚDE E ÓTICA DO BRASIL- IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Página na Internet

http://www.halma.com

Telefone

(11)43026050

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Estetoscópio Adulto

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Métodos gráficos

Atividade

Apoio Diagnóstico - Hospital

Ambiente

Sala de eletrocardiografia ç ECG

Nomenclatura

Estetoscópio Adulto

Sinônimos

Estetoscópio, Aparelho de Ausculta, Auscultador

Definição e Aplicação

Aparelho portátil para auscultação de sons cardíacos e pulmonares de pacientes.


Item	Soma SUS	Informática	Classificação
85		N	Médico Assistencial

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 404,00

MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR|TIPO:AÇO INOXIDÁVEL|DUPLO

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA.

Página na Internet

<http://www.macrosul.com>

Telefone

(41)21028344

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Detalhe Equipamento

Equipamento

Laringoscópio Adulto

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Métodos gráficos

Atividade

Apoio Diagnóstico - Hospital

Ambiente

Sala de ergometria

Nomenclatura

Laringoscópio Adulto

Sinônimos

Laringoscópio, Visualizador de Laringe, Laringo

Definição e Aplicação

Equipamento de engate rápido, para uso em procedimentos de emergência e anestesia, que necessitem de acesso às vias aéreas.


Item	Soma SUS	Informática	Classificação
11248		N	Médico Assistencial

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 1.392,00

- TIPO|LUMINAÇÃO|Nº LÂMINAS:FIBRA ÓPTICA INTEGRADA|LED|03 LÂMINAS RIGIDAS AÇO INOXIDÁVEL

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA.

PROTEC EXPORT IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA.

Página na Internet

<http://www.macrosul.com>

<http://protec.com.br/>

Telefone

(41)21028344

(11)31329899

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Laringoscópio Infantil

Unidade Funcional / Unidade

Atendimento Imediato/Atendimentos de Urgência e Emergência-Urgências (alta complexid.) e Emergências

Atividade

Assistência à Emergência - Porta de Entrada

Ambiente

Sala coletiva de observação de pediatria

Nomenclatura

Laringoscópio Infantil

Sinônimos

Laringoscópio, Visualizador de Laringe, Laringo

Definição e Aplicação

Equipamento de engate rápido, para uso em procedimentos de emergência e anestesia, que necessitem de acesso às vias aéreas.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
11249		N	Médico Assistencial

Ver Especificação Sugerida



Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas



Empresa Participante do PROCOT

Página na Internet

Telefone

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA.

<http://www.macrosul.com>

(41)21028344

PROTEC EXPORT IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA.

<http://protec.com.br/>

(11)31329899

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico

Unidade Funcional / Unidade

Atendimento Imediato/Atendimentos de Urgência e Emergência-Urgências (alta complexid.) e Emergências

Atividade

Assistência à Emergência- UPA

Ambiente

Sala de procedimentos especiais (invasivos)

Nomenclatura

Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico

Sinônimos

Monitor Multiparamétrico para Centro Cirúrgico, Monitor de Sinais Vitais para Centro Cirúrgico

Definição e Aplicação

Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico para uso na monitoração de Eletrocardiograma (ECG), Respiração, Temperatura, Pressão Não-Invasiva (PNI), Oximetria (SPO2), Pressão Invasiva (PI), Capnografia (ETCO2), Agentes Anestésicos e Índice de Sedação Anestésica (BIS), para uso em pacientes adulto/pediátrico e neonatal.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
11673		N	Médico Assistencial

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 49.671,00

- 5 PARÂMETROS BÁSICOS : ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMPParâmetros básicos/tipo e tamanho do monitor/PI/ETCO2/agentes anestésicos/índice sedação anestésica:ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/mista ou modular de 10" a 12"/com PI/com EtCO2/sem agentes anest./não possui

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	http://www.alfamed.com	(31)36816388
DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	http://www.draeger.com	(11)46894900
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	http://www3.gehealthcare.com.br/	0800122345

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	http://www.mindray.com/pt/index.html	(11)36721443
PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	http://www.healthcare.philips.com/br_pt/	(11)21250600
PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	http://www.prolife.com.br	(11)50817190

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Suporte de Soro

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Radiologia

Atividade

Apoio Diagnóstico - Hospital Psiquiátrico

Ambiente

Sala de exames (com comando) - Geral - Odontológico - Mama - Densitometria

Nomenclatura

Suporte de Soro

Sinônimos

Suporte de Soro de Chão, Suporte de Soro de Pedestal, Suporte de soro de teto

Definição e Aplicação

Estrutura utilizada para colocar o frasco de soro durante a aplicação no paciente.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
2369	E076	N	Apoio

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 593,00

TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO: PEDESTAL/AÇO INOXIDÁVEL

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT

Página na Internet

Telefone

Não há empresas habilitadas para esse item até o momento

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Detalhe Equipamento

Equipamento

Biombo

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Radiologia

Atividade

Apoio Diagnóstico - Hospital Psiquiátrico

Ambiente

Sala de exames (com comando) - Geral - Odontológico - Mama - Densitometria

Nomenclatura

Biombo

Sinônimos

Biombo, Divisória Móvel, Divisória de Ambientes

Definição e Aplicação

Recurso utilizado para divisão de ambientes.


Item	Soma SUS	Informática	Classificação
1737	E010	N	Apoio

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 864,00

MATERIAL DE CONFECÇÃO/TAMANHO/RODÍZIOS: AÇO INOXIDÁVEL/TAMANHO TRIPLO/POSSUI

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA	http://https://www.desematec.com.br	(47)33370898
MEA MODUL LTDA - EPP	http://www.modul.com.br	(15)32641234

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Escada com 2 degraus

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Ultra-sonografia

Atividade

Apoio Diagnóstico - CPN

Ambiente

Sala de ultrassonografia

Nomenclatura

Escada com 2 degraus

Sinônimos

Escada com 02 Degraus, Escadinha para Leito, Escada Hospitalar

Definição e Aplicação

Dispositivo auxiliar para facilitar o acesso de pacientes à níveis mais altos, tais como leitos.


Item	Soma SUS	Informática	Classificação
1829	E030	N	Gerais

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 302,00

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA	http://https://www.desematec.com.br	(47)33370898
LANCO LTDA.	http://www.lanco.com.br	(15)33639234

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Oxímetro de Pulso

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Métodos gráficos

Atividade

Apoio Diagnóstico - Hospital

Ambiente

Sala de eletromiografia

Nomenclatura

Oxímetro de Pulso

Sinônimos

Oxímetro de Pulso Portátil, Aparelho de Oximetria Portátil, Medidor de SpO2, Saturômetro

Definição e Aplicação

Equipamento utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação parcial de oxigênio (SpO2) no sangue e da frequência cardíaca, através de um sensor não-invasivo. Indicado para uso adulto, pediátrico e/ou neonatal.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
699	E062	N	Médico Assistencial

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 3.812,00

TIPO/TAMANHO DE TELA:DE MESA COM 1 SENSOR/ DE 7 A 10

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	http://www.alfamed.com	(31)36816388
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA.	http://www.macrosul.com	(41)21028344
HI TECHNOLOGIES S.A.	http://www.hitechnologies.com.br	(41)30223461
JG MORIYA	http://jgmoriya.com.br/	(11)29149716
R&D MEDIQ - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		(11)31329899

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Centro Cirúrgico

Atividade

Assistência Obstétrica e Neonatal - Maternidade Rede Cegonha

Ambiente

Sala grande de cirurgia (ortopedia, neurologia, cardiologia, etc)

Nomenclatura

Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico

Sinônimos

Respirador a Pressão e Volume, Aparelho de Ventilação Pulmonar, Respirador Pulmonar; Ventilador de transporte

Definição e Aplicação

Equipamento usado nos casos de insuficiência respiratória, com a função de realizar o bombeamento de ar enriquecido com oxigênio para o interior dos pulmões.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
11425		N	Médico Assistencial

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 102.950,00

*Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Com possibilidade de inclusão de modo de ventilação proporcional com sincronismo/ adaptação do paciente-ventilador para uma melhor mecânica respiratória (NAVA, , SmartCare, PAV, ASV, AVA ou similar) ao menos para pacientes adultos/pediátricos. Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH20; Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100 rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40 cmH20; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; Ajuste do fluxo para Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo de 2 a no mínimo 50 l/min; FiO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen, botão rotacional para ajuste de programação dos parâmetros: Monitoração de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos; Principais parâmetros monitorados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, PEEP total, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FiO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico ou galvânico, relação I:E, pico de fluxo inspiratório, volume minuto expirado, constante de tempo expiratório, índice de stress e volume expiratório. Cálculos automáticos de mecânica: resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume, fluxo x volume e fluxo/pressão; apresentação de gráficos com as tendências. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar.

Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da FIO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, Circuito paciente pediátrico/adulto, Circuito paciente neonatal/pediátrico, válvula de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido. Compatível com protocolo de comunicação HL7. Software em Língua Portuguesa.. Atendimento às normas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; Grau de proteção IP21. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas



Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	http://www.airliquidehealthcare.com.br	(11)55098471
ALLIAGE SA INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA	http://www.alliage-global.com	(16)35121212
ARTIS TECNOLOGIA LTDA - EPP	http://www.artis.com.br	(61)33665097
DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	http://www.draeger.com	(11)46894900
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	http://www3.gehealthcare.com.br/	0800122345
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	http://www.indumed.com.br	(11)26264444
INTERMED EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	http://www.vyaire.com	(11)46159300
KTK EXP. IMP. E COM. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	http://www.ktk.ind.br	(11)29485900
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	http://www.leistungbrasil.com	(47)33712741
LIFEMED INDUSTRIAL EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS S.A	http://www.lifemed.com.br	(53)32733232
MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA S/A	http://www.magnamed.com.br	(11)38896910
MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	http://www.maquet.com.br	(11)31068729
MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	http://www.mindray.com/pt/index.html	(11)36721443
RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA.	http://www.equiped.com.br	(11)46821200
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	http://https://www.vitae.net.br	(31)21047373
WORLD LIFE MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	http://www.worldlife.com.br	(31)36513788

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Armário Vitrine

Atividade

Análises Laboratoriais de Vigilância em Saúde - LACEN

Unidade Funcional / Unidade

BIOLOGIA MÉDICA / Diagnóstico laboratorial

Ambiente

Laboratório de Bacteriologia

Nomenclatura

Armário Vitrine

Sinônimos

Armário Vitrine com Porta, Estante para Medicamentos

Definição e Aplicação

Armário do tipo vitrine com porta para guarda de materiais ou medicamentos.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
2131	M001	N	Gerais

[Ver Especificação Sugerida](#) **Preço Sugerido**

R\$ 1.600,00

NÚMERO DE PORTAS/MATERIAL DE CONFECÇÃO/LATERAIS DE VIDRO:02 PORTAS/AÇO OU FERRO PINTADO/POSSUI

[Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas](#) **Empresa Participante do PROCOT**

R.C - MOVEIS LTDA.

Página na Internet<http://www.rcmoveis.com.br>**Telefone**

(19)21199000

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Detalhe Equipamento

Equipamento

Carro para Transporte de Materiais (diversos)

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Centro Cirúrgico

Atividade

Assistência Obstétrica e Neonatal - Maternidade Rede Cegonha

Ambiente

Sala pequena de cirurgia (oftalmologia , endoscopia , otorrinolaringologia, etc)

Nomenclatura

Carro para Transporte de Materiais (diversos)

Sinônimos

Carro Fechado para Transporte de Material, Carro Selado para Transporte de Material, Container.

Definição e Aplicação

Carro para transporte de materiais.


Item	Soma SUS	Informática	Classificação
2630	E370	N	Gerais

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 3.261,00

TIPO: FECHADOMATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇOCAPACIDADE OU DIMENSÕES: ALT DE 70CM A 90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A 100CM

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA	http://https://www.desematec.com.br	(47)33370898
LANCO LTDA.	http://www.lanco.com.br	(15)33639234

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Estante

Atividade

Reabilitação - Oficina Ortopédica

Unidade Funcional / Unidade

Apoio Técnico / Oficina Ortopédica

Ambiente

Seção de Gesso

Nomenclatura

Estante

Sinônimos

Estante

Definição e Aplicação

Estante desmontável, de aço, aberta no fundo e nas laterais.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
1921	M007	N	Gerais

[Ver Especificação Sugerida](#) **Preço Sugerido**

R\$ 451,00

MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/FERRO PINTADO/DE 101 A 200 kg/POSSUI

[Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas](#) **Empresa Participante do PROCOT****Página na Internet****Telefone**

Não há empresas habilitadas para esse item até o momento

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Detalhe Equipamento

Equipamento

Cadeira de Rodas para Obeso

Atividade

Internação - Maternidade Rede Cegonha

Unidade Funcional / Unidade

Internação / Internação geral (lactente, criança, adolescente e adulto)

Ambiente

Sala de serviço

Nomenclatura

Cadeira de Rodas para Obeso

Sinônimos

Cadeira de Rodas, Cadeira de Transporte

Definição e Aplicação

Equipamento utilizado no transporte de pessoas fragilizadas ou impossibilitada de andar.


Item	Soma SUS	Informática	Classificação
11246		N	Apoio

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 2.031,00

CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160 KG A 199 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT

Página na Internet

Telefone

Não há empresas habilitadas para esse item até o momento

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Detalhe Equipamento

Equipamento

Glicosímetro

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Hemodinâmica

Atividade

Apoio Diagnóstico - Hospital Transplante

Ambiente

Sala de exames e terapias

Nomenclatura

Glicosímetro

Sinônimos

Glicosímetro, Aparelho de Glicemia, Medidor de Glicose, Monitor Portátil para medir glicose

Definição e Aplicação

Aparelho para medição da dosagem de glicose no sangue.


Item	Soma SUS	Informática	Classificação
428	E041	N	Médico Assistencial

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 92,00

ACESSÓRIOS: COM KIT DE 50 TIRAS, LANCETAS E LANCETADOR

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT

Página na Internet

Telefone

Não há empresas habilitadas para esse item até o momento

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Carro de Curativos

Atividade

Apoio Diagnóstico - Hospital Psiquiátrico

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Ressonância magnética

Ambiente

Posto de enfermagem e serviços

Nomenclatura

Carro de Curativos

Sinônimos

Carro de Curativos, Carro para Curativos

Definição e Aplicação

Carro utilizado no apoio a realização de curativos e transporte de utensílios para este fim.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
1855	E019	N	Apoio

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 1.095,00

MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACESSÓRIOS: AÇO INOXIDAVEL / BALDE E BACIA

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT

SISNACMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

Página na Internet

<http://www.sisnacmed.com.br>

Telefone

(11)21440808

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Detalhe Equipamento

Equipamento

Lanterna Clínica

Atividade

Apoio Diagnóstico - Hospital Psiquiátrico

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Ressonância magnética

Ambiente

Posto de enfermagem e serviços

Nomenclatura

Lanterna Clínica

Sinônimos

Lanterna Clínica, Mini-lanterna, Lanterna de Bolso

Definição e Aplicação

Equipamento utilizado para melhorar a visibilidade.


Item	Soma SUS	Informática	Classificação
2705	E046	N	Apoio

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 95,00

TIPO: LED.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA.

Página na Internet

<http://www.macrosul.com>

Telefone

(41)21028344

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Detalhe Equipamento

Equipamento

Berço para Recém Nascido

Atividade

Assistência Obstétrica Neonatal - CPN

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Centro de Parto Normal

Ambiente

Quarto PPP

Nomenclatura

Berço para Recém Nascido

Sinônimos

Berço hospitalar; berço

Definição e Aplicação

Equipamento para acomodação de pacientes recém-nascido.


Item	Soma SUS	Informática	Classificação
2011		N	Apoio

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 1.171,00

MATERIAL DA CUNA/ESTRUTURA/RODÍZIOS: ACRÍLICO/AÇO OU FERRO PINTADO/POSSUI

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT

GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP

OLIDEF CZ INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA

Página na Internet

<http://www.gigante.com.br>

<http://www.olidef.com.br>

Telefone

(16)39691000

(16)39199350

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica

Unidade Funcional / Unidade

Atendimento Imediato / Atendimentos de Urgência e Emergência- Urgências (baixa e média complexidade)

Atividade

Assistência à Emergência - Hospital

Ambiente

Sala de observação

Nomenclatura

Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica

Sinônimos

Leito Hospitalar Tipo Fawler Elétrico

Definição e Aplicação

Cama com movimentos fawler (deve possuir motores elétricos) para acomodação de pacientes pediátrico, adulto e obeso.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
1002		N	Médico Assistencial

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 17.880,00

Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó ou material superior. Movimentos Mínimos: Cabeceira, Fawler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardíaco, Elevação de Altura. Grades laterais articuláveis e fabricadas em polietileno ou material compatível. Acionamento através de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Rodízios de no mínimo 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com pelo menos 1 freio. Capacidade de carga de no mínimo 180Kg. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade 28. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	http://www.arjo.com	(11)972437960
CAUmaq INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	http://caumaq.com.br/	(51)37239087

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA	http://https://www.desematec.com.br	(47)33370898
KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - EPP	http://www.grupokss.com.br/	(41)33822066
LINET DO BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	http://www.linnetbrasil.com.br	(11)32848404
MEDI SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	http://www.medisaude.ind.br	(62)32780223
META MÓVEIS DE METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	http://www.metahospitalar.com.br	(62)32829920
STRYKER DO BRASIL LTDA.	http://www.stryker.com.br	(11)51892500
VITA CARE REPRESENTAÇÕES LTDA	http://www.vitacare.com.br	(11)35647420

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Cama PPP

Atividade

Assistência Obstétrica e Neonatal - Ambiência para Atenção ao Parto e Nascimento

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Centro Obstétrico

Ambiente

Quarto PPP

Nomenclatura

Cama PPP

Sinônimos

Cama PPP, Cama Pré-Parto, Parto e Pós Parto, Cama de Parto, Cama Para Parto

Definição e Aplicação

Cama hospitalar que reúne condições necessárias para parto normal (Parto Humanizado).


Item	Soma SUS	Informática	Classificação
10844	E464	N	Médico Assistencial

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 7.769,00

Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, perneiras e complemento da perneira removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT

FANEM LTDA.

Página na Internet

<http://www.fanem.com.br>

Telefone

(11)29725700

LINET DO BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

<http://www.linetrbrasil.com.br>

(11)32848404

META MÓVEIS DE METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

<http://www.metahospitalar.com.br>

(62)32829920

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
VITA CARE REPRESENTAÇÕES LTDA	http://www.vitacare.com.br	(11)35647420

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Mesa Cirúrgica Elétrica

Atividade

Terapias Especiais - Hospital Transplante

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Centro Cirúrgico

Ambiente

Sala média de cirurgia (geral)

Nomenclatura

Mesa Cirúrgica Elétrica

Sinônimos

Mesa Cirúrgica, Mesa para Cirurgia, Mesa para Procedimentos Cirúrgicos

Definição e Aplicação

Mesa composta por coluna, tampo e base, para procedimentos de alta cirurgia, com movimentos acionados eletricamente.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
2174	E107	N	Médico Assistencial

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 96.483,00

Mesa cirúrgica elétrica, para procedimentos cirúrgicos. Características técnicas mínimas: Base fabricada em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anti-corrosão, podendo ser revestida em polímero ABS reforçado, aço inoxidável ou material superior. Base móvel com rodízios de no mínimo 3 e no máximo 5 polegadas dotada de sistema de movimentação, fixação e freios motorizados acionados através do painel de controle. Coluna fabricada em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anti-corrosão, podendo ser revestida em polímero ABS reforçado, aço inoxidável AISI 304 ou material superior. Chassis: fabricado em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anti-corrosão, com sistema que proporcione a blindagem contra líquidos das partes internas. Leito articulável, radiotransparente, dividido no mínimo em 05 seções (cabeça, dorso, assento, renal e perneira retráteis). Régua em aço inoxidável para colocação de acessórios. Capacidade de carga mínima de 220 kg na posição zero. Movimentos motorizados: regulagem de altura a partir de 760 mm ou menor com curso de no mínimo 200mm de elevação, trendelemburg mínimo de 0 a 20 graus, reverso do trendelemburg mínimo de 0 a 20 graus, lateralidade nas angulações mínimas de 0 a 18 graus, deslocamento longitudinal na faixa mínima de +/-300mm para cada lado e dorso. Os movimentos motorizados deverão ser acionados por painel de controle localizado na coluna da mesa e via controle remoto com cabo espiralado de no mínimo 2m de comprimento. Deve permitir no mínimo as seguintes posições: Renal; semiflexão de perna e coxa; Flexão abdominal; semissentado e sentado. Acessórios mínimos que acompanham o equipamento: 01 arco de narcose; 01 suporte para renal; 01 par de suportes de braço, 01 par de porta-coxa, 01 par de suportes laterais, 01 par de ombreiras, 01 jogo de colchonete injetado em Poliuretano, leve e de fácil manipulação, impermeável sem nenhum tipo de costura ou revestimento, biocompatível, não irritante e não alérgico. Bateria interna recarregável. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Registro no Ministério da Saúde, Certificados NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-46.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
BARRFAB IND. COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	http://www.barrfab.com.br/	(54)26288800
INPROMED DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP	http://www.inpromedobrasil.com.br	(41)33446666
KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - EPP	http://www.grupokss.com.br/	(41)33822066
MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA.	http://https://novamec.ind.br	(54) 3228 9848
MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	http://www.mindray.com/pt/index.html	(11)36721443
ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	http://www.ortosintese.com.br/	(11)39484000
STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA	http://www.sterislatam.com	(11)975439255

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Foco Refletor Ambulatorial

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Endoscopia Digestiva e Respiratório

Atividade

Apoio Diagnóstico - Hospital Transplante

Ambiente

Consultório indiferenciado

Nomenclatura

Foco Refletor Ambulatorial

Sinônimos

Refletor Parabólico de Luz Fria, Foco Auxiliar, Fonte de Luz Parabólica

Definição e Aplicação

Equipamento com foco refletor parabólico de uso em consultórios.


Item	Soma SUS	Informática	Classificação
971	E068	N	Médico Assistencial

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 570,00

- ILUMINAÇÃO: LED- HASTE: FLEXÍVEL

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA.

LANCO LTDA.

Página na Internet

<http://www.macrosul.com>

<http://www.lanco.com.br>

Telefone

(41)21028344

(15)33639234

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Mesa de Cabeceira com Refeição Acoplada

Unidade Funcional / Unidade

Internação / Internação Obstétrica (puérperas ou gestantes com intercorrência)

Atividade

Internação - Maternidade Rede Cegonha

Ambiente

Quarto/enfermaria para alojamento conjunto ou internação de gestantes com intercorrências

Nomenclatura

Mesa de Cabeceira com Refeição Acoplada

Sinônimos

Mesa de Cabeceira e refeição

Definição e Aplicação

Mesa localizada na cabeceira da cama hospitalar, utilizada para guardar ou apoio de acessórios. Este item deve possuir uma mesa de refeição acoplada e gavetas. Nos agurpadores disponíveis, a opção "Não possui" não existe para essas duas características.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
11228		N	Gerais

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 1.067,00

- MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETA/PORTA/ACESSÓRIO: MADEIRA/MDP OU MDF/POSSUI/POSSUI/MESA DE REFEIÇÃO.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA	http://https://www.desematec.com.br	(47)33370898
VITA CARE REPRESENTAÇÕES LTDA	http://www.vitacare.com.br	(11)35647420

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Mesa de Mayo

Atividade

Assistência à Emergência - Hospital

Unidade Funcional / Unidade

Atendimento Imediato / atendimentos de Urgência e Emergência- Urgências (baixa e média complexidade)

Ambiente

Sala de suturas / curativos

Nomenclatura

Mesa de Mayo

Sinônimos

Mesa de Mayo, Mesa Auxiliar para Cirurgias

Definição e Aplicação

Mesa auxiliar móvel, tipo mayo, para uso em procedimentos de anestesia e/ou cirúrgicos em geral.


Item	Soma SUS	Informática	Classificação
3026	E108	N	Apoio

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 531,00

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT

Página na Internet

Telefone

Não há empresas habilitadas para esse item até o momento

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Poltrona Hospitalar

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Métodos gráficos

Atividade

Apoio Diagnóstico - Triagem Auditiva Neonatal

Ambiente

Cabine de audiometria

Nomenclatura

Poltrona Hospitalar

Sinônimos

Poltrona para Acompanhante

Definição e Aplicação

Poltrona com estofamento utilizada em ambientes hospitalares.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
2345	M030	N	Gerais

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 1.485,00

MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO:AÇO OU FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA	http://https://www.desematec.com.br	(47)33370898
MEA MODUL LTDA - EPP	http://www.modul.com.br	(15)32641234
R.C - MOVEIS LTDA.	http://www.rcmoveis.com.br	(19)21199000

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)

Unidade Funcional / Unidade

Atendimento Imediato / Atendimentos de Urgência e Emergência- Urgências (baixa e média complexidade)

Atividade

Assistência à Emergência - Ambulatório

Ambiente

Sala de observação

Nomenclatura

Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)

Sinônimos

Ressuscitador Manual, Ambu, Reanimador Manual

Definição e Aplicação

Dispositivo bolsa-valva, que quando conectado à máscara, tubo traqueal ou tubo de traqueostomia, é destinado a fornecer ventilação manual à vítima.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
3006		N	Médico Assistencial

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 281,00

MATERIAL DE CONFECÇÃO / VÁLVULA PEEP / VÁLVULA UNIDIRECIONAL / RESERVATÓRIO: SILICONE / POSSUI / POSSUI / POSSUI DE SILICONE

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA.	http://www.macrosul.com	(41)21028344
NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE	http://www.newmed.com.br	(11)50603030
PROTEC EXPORT IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA.	http://protec.com.br/	(11)31329899

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Cardiotocógrafo

Atividade

Assistência Obstétrica e Neonatal - Maternidade Rede Cegonha

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Centro de Parto Normal

Ambiente

Sala de serviço

Nomenclatura

Cardiotocógrafo

Sinônimos

Monitor Fetal com Impressora, Monitor Fetal Cardiotocógrafo

Definição e Aplicação


Equipamento para monitoração externa da frequência cardíaca fetal, movimento fetal e contração uterina materna.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
108	E285	N	Médico Assistencial

[Ver Especificação Sugerida](#) **Preço Sugerido**

R\$ 23.544,00

TIPO/IMPRESSÃO/TELA/GESTAÇÃO MÚLTIPLA/CARRINHO:PORTÁTIL/DIRETO NO EQUIP/DOBRAVEL 7 A 10/SIM/POSSUI

[Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas](#) 

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA.	http://www.macrosul.com	(41)21028344
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	http://www3.gehealthcare.com.br/	0800122345
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA.	http://www.panamedical.com.br	(11)55757844
PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	http://www.healthcare.philips.com/br_pt/	(11)21250600

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Aparelho de Anestesia com Monitor Multiparâmetros

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Centro Cirúrgico

Atividade

Terapias Especiais - Hospital

Ambiente

Sala média de cirurgia (geral)

Nomenclatura

Aparelho de Anestesia com Monitor Multiparâmetros

Sinônimos

Carro de Anestesia com Monitor Multiparâmetros, Aparelho de Anestesia com Monitor de Sinais Vitais

Definição e Aplicação

Equipamento destinado à administração e mistura de gases com vapores anestésicos ao paciente, através de respiração espontânea, controlada, manualmente ou mecanicamente, sendo constituído de seção de fluxo contínuo (incluindo vaporizador), sistema respiratório e respirador. Possui um Monitor Multiparâmetros acoplado ao sistema para medição dos parâmetros fisiológicos durante a anestesia.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
10927		N	Médico Assistencial

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 192.520,00

Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de auto teste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traquéias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão; Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2; Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica da pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume minuto e fração inspiratória. Alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. Deverá acompanhar

o equipamento, no mínimo: 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis. 01 balão para ventilação manual adulto, 01 balão para ventilação manual infantil. 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano; 04 sensores de fluxo; 03 mangueiras de no mínimo 4,5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para óxido nitroso e uma para ar comprimido e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento. Monitor Multiparâmetro para uso em pacientes neonatais, pediátricos a adultos. Pré-configurado com no mínimo monitorização de ECG, Respiração, Saturação de O2, Pressão não-invasiva, Temperatura, Capnografia e Pressão invasiva. Monitor com display colorido em LCD de no mínimo 10 polegadas. Deverá monitorar CO2, NO2 e gases anestésicos diretamente no monitor ou em módulo a parte. Deverá acompanhar todos os acessórios mínimos e demais acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento. Deve possuir bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas



Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	http://www.draeger.com	(11)46894900
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	http://www3.gehealthcare.com.br/	0800122345
MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	http://www.mindray.com/pt/index.html	(11)36721443

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Bisturi Elétrico (a partir de 151 W)

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Centro Obstétrico

Atividade

Assistência Obstétrica e Neonatal - Ambiência para Atenção ao Parto e Nascimento

Ambiente

Sala de parto cirúrgico/curetagem

Nomenclatura

Bisturi Elétrico (a partir de 151 W)

Sinônimos

Eletrocautério, Bisturi Elétrico

Definição e Aplicação

Aparelho utilizado na maioria dos procedimentos cirúrgicos com a finalidade de coagular, dissecar, cortar e fulgurar os tecidos biológicos.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
10989		N	Médico Assistencial

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 31.925,00

Gerador com potência mínima de 300W, microcontrolado por microprocessadores, capaz de ler a impedância dos tecidos nos modos bipolar e corte. Deve possuir tecnologia que proteja o paciente contra queimaduras em locais alternativos, principalmente com o uso de eletrodos de ECG. Os controles de energia podem ser ajustados através dos painéis com membranas a prova d água com leitura digital de potência. Modos de operação no mínimo: Bipolar, Monopolar. Especificação mínima do gerador: Corte puro (300W), Blend (130W), Coagulação (120W) e Bipolar (70W). Deve possuir regulador de alarme sonoro. Deve ser compatível com sistema de gás argônio. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carro de transporte e 01 pedal bipolar. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT

BARRFAB IND. COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA.

Página na Internet

<http://www.barrfab.com.br/>

<http://www.deltronix.com.br>

Telefone

(54)26288800

(16)40095454

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
ERBE BRASIL EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS E ENDOSCÓPICOS LTDA	http://www.erbe-brasil.com	(11)41914146
MEDICAL CIRÚRGICA LTDA - EPP	http://www.medcir.com.br	(11)55621100
WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	http://www.wem.com.br	(16)35124600

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Aspirador de Secreções Elétrico Móvel

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Radioterapia

Atividade

Terapias Especiais - Unidade de Terapias Especiais

Ambiente

Salas de terapia

Nomenclatura

Aspirador de Secreções Elétrico Móvel

Sinônimos

Aspirador de Secreções Elétrico Portátil

Definição e Aplicação

Aspirador móvel, utilizado nos procedimentos de aspirar secreção.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
71		N	Médico Assistencial

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 4.593,00

FLUXO DE ASPIRAÇÃO/VÁLVULA DE SEGURANÇA/FRASCO/BATERIA/SUORTE C/RODÍZIOS/MANÔMETRO:DE 20 A 30 LPM/POSSUI/TERMOPLÁSTICO OU VIDRO/RECARREGÁVEL BIVOLT/NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5KG/POSSUI

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA.	http://www.macrosul.com	(41)21028344
FANEM LTDA.	http://www.fanem.com.br	(11)29725700
GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	http://www.gigante.com.br	(16)39691000
KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - EPP	http://www.grupokss.com.br/	(41)33822066
OLIDEF CZ INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	http://www.olidef.com.br	(16)39199350

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
PROTEC EXPORT IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA.	http://protec.com.br/	(11)31329899

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Termômetro Clínico

Unidade Funcional / Unidade

Atendimento Ambulatorial / Consultórios

Atividade

Reabilitação - CER

Ambiente

Consultório indiferenciado (CONSULTÓRIO INTERDISCIPLINAR PARA TRIAGEM E AVALIAÇÃO CLÍNICO-FUNCIONAL)

Nomenclatura

Termômetro Clínico

Sinônimos

Termômetro, Termômetro Clínico por Infravermelho

Definição e Aplicação

Utilizado para verificar temperatura corporal.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
11415		N	Médico Assistencial

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 260,00

*TIPO: INFRAVERMELHO SEM CONTATO

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT

Página na Internet

Telefone

Não há empresas habilitadas para esse item até o momento

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Prancha Longa de Imobilização de Coluna

Unidade Funcional / Unidade

Atendimento Imediato/Atendimentos de Urgência e Emergência-Urgências (alta complexid.) e Emergências

Atividade

Assistência à Emergência - Hospital

Ambiente

Sala de emergências (politraumatismo, parada cardíaca, etc)

Nomenclatura

Prancha Longa de Imobilização de Coluna

Sinônimos

Prancha Longa para Imobilização e Transporte

Definição e Aplicação

Utilizada na imobilização e transporte de pacientes acidentados. Possui orifícios ao longo de sua estrutura permitindo a fixação por tirantes, realização de amarras e fixação de imobilizadores de cabeça.


Item	Soma SUS	Informática	Classificação
10794		N	Apoio

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 503,00

Sistema de estabilização, imobilização, emergência e transporte de pacientes/vítimas politraumatizadas, com as seguintes características: o sistema é composto por uma 01 unidade de prancha longa, confeccionada de material totalmente impermeável em fibra de polietileno, rígida, leve, possui pegadores amplos, radiotranslúcida para uso em ambientes de Raios-X e Ressonância Magnética. Dimensionada para suportar vítimas com peso até 180 Kg, possibilita o resgate nas águas ou em alturas. Acompanha jogo de cintos com 03 peças (01 vermelha, 01 amarela e 01 preta) e 01 conjunto de cinto tipo aranha para imobilização, confeccionado em fitas de nylon, em cores, radiotransparente, fixado por fitas em velcro de 50 mm de largura, nas cores: preta, verde, amarela, vermelha, permite imobilizar: ombros, tórax, pelve, braços e pernas, desenhados para ser facilmente acondicionado. 01 Capa, utilizada para acomodar uma maca, colares, cintos e talas de imobilização, com bolsos internos, confeccionada em poliéster, possui fecho em zíper com cursores duplos.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT

Página na Internet

Telefone

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
Não há empresas habilitadas para esse item até o momento		
<p>O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.</p> <p>Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br</p>		

Detalhe Equipamento

Equipamento

Carro Maca Simples

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Tomografia

Atividade

Apoio Diagnóstico - Hospital Transplante

Ambiente

Sala de exames de tomografia

Nomenclatura

Carro Maca Simples

Sinônimos

Maca de Transporte, Maca, Carro padiola

Definição e Aplicação

Maca com rodízios utilizada para acomodação e transporte de pacientes.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
1488		N	Apoio

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 4.093,00

MATERIAL DE CONFECÇÃO/GRADES LATERAIS: AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMINIO/ POSSUI

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA	http://https://www.desematec.com.br	(47)33370898
KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - EPP	http://www.grupokss.com.br/	(41)33822066
R.C - MOVEIS LTDA.	http://www.rcmoveis.com.br	(19)21199000

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Balde a Chute

Atividade

Terapias Especiais - Hospital Transplante

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Centro Cirúrgico

Ambiente

Sala pequena de cirurgia (oftalmologia , endoscopia , otorrinolaringologia, etc)

Nomenclatura

Balde a Chute

Sinônimos

Balde a Chute, Balde com Rodízios, Porta Balde

Definição e Aplicação

Equipamento com rodízios para transportar balde.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
2224	E038	N	Gerais

Ver Especificação Sugerida 

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT

LANCO LTDA.

Página na Internet

<http://www.lanco.com.br>

Telefone

(15)33639234

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Foco Cirúrgico de Teto

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Centro Obstétrico

Atividade

Assistência Obstétrica e Neonatal - Maternidade Rede Cegonha

Ambiente

Sala para AMIU

Nomenclatura

Foco Cirúrgico de Teto

Sinônimos

Foco Cirúrgico Fixo, Foco Cirúrgico, Lâmpada Cirúrgica, Foco Cirúrgico com Iluminação por LEDs

Definição e Aplicação

Sistema de iluminação, de estrutura fixa, utilizado para auxiliar a visualização dos profissionais durante a realização de procedimentos/intervenções médicas.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
3020	E098	N	Médico Assistencial

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 78.803,00

Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 120.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
BARRFAB IND. COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	http://www.barrfab.com.br/	(54)26288800
INPROMED DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP	http://www.inpromedobrasil.com.br	(41)33446666
KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - EPP	http://www.grupokss.com.br/	(41)33822066
MED LIGHT EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	http://www.medlight.com.br	(35)32129926
MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	http://www.medpej.com.br	(16)32380300
MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		(41)31385900
MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	http://www.mindray.com/pt/index.html	(11)36721443
MKTRADE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA	http://www.mktrade.com.br	(51)31810999
ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	http://www.ortosintese.com.br/	(11)39484000
STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA	http://www.sterislatam.com	(11)975439255

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Aparelho para Fototerapia (icterícia/neonatologia)

Unidade Funcional / Unidade

Internação / Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional - UCINCo

Atividade

Internação - Maternidade Rede Cegonha UCINCO

Ambiente

Área de Tratamento Coletiva

Nomenclatura

Aparelho para Fototerapia (icterícia/neonatologia)

Sinônimos

Unidade de Fototerapia, Aparelho de Fototerapia, Fototerapia

Definição e Aplicação

Aparelho de fototerapia por irradiação de lâmpadas (fluorescentes ou halógenas ou por fonte de LED), constituído por unidade refletora giratória e base móvel com rodízios e sistema de freio.


Item	Soma SUS	Informática	Classificação
321	E100	N	Médico Assistencial

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 8.267,00

Iluminação LED, painel de controle microprocessada, ajuste de irradiância.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
FANEM LTDA.	http://www.fanem.com.br	(11)29725700
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	http://www3.gehealthcare.com.br/	0800122345
OLIDEF CZ INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	http://www.olidef.com.br	(16)39199350

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Berço Aquecido

Atividade

Assistência Obstétrica e Neonatal - Ambiência para Atenção ao Parto e Nascimento

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Centro Obstétrico

Ambiente

Sala de serviços

Nomenclatura

Berço Aquecido

Sinônimos

Berço Hospitalar Aquecido, Berço Aquecido, Berço de Calor Irradiante

Definição e Aplicação

Berço para acomodação de recém nascido, aquecido por sistema de calor irradiante para proporcionar conforto térmico.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
553	E050	N	Médico Assistencial

Ver Especificação Sugerida 

Preço Sugerido

R\$ 29.425,00

Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
FANEM LTDA.	http://www.fanem.com.br	(11)29725700
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	http://www3.gehealthcare.com.br/	0800122345
OLIDEF CZ INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	http://www.olidef.com.br	(16)39199350

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br