

SOLICITAÇÃO

ESCOPO TÉCNICO DETALHADO DO SERVIÇO

SOLICITANTE: Kuayre Meireles

CARGO: Coordenador de Melhoria Contínua

DATA: 15/12/2022


SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenções preventivas e corretivas em equipamentos de CME:

EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE
Autoclave Lufenco Modelo 39209 Número de Série: 6155 + osmose	01
Termodesinfectora Baumer Modelo TW Número de Série: 1530.03.0431 + osmose	01

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

- Para validação da proposta comercial as empresas interessadas deverão realizar visita técnica para análise dos equipamentos;
- O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período em caso de justificativa prévia ou até que se conclua nova licitação;
- O serviço deverá ser realizado por empresa especializada que atue na área de equipamentos hospitalares;
- A contratada deverá fornecer todos os materiais, equipamentos e demais itens necessários para realização dos serviços de manutenção preventiva e corretiva;


Kuayre Meireles
Coordenador de Melhoria Contínua
Hospital Estadual de Luziânia

Manutenções Corretivas:

- O contrato deverá abranger qualquer tipo de dano ocorrido aos equipamentos, incluindo substituição de todas as peças necessárias;
- Atender as demandas corretivas necessárias com prazo máximo para primeiro atendimento de 18 horas, independente do dia;

Manutenções Preventivas:



- Realizar as manutenções preventivas bimestralmente, de acordo com cronograma enviado previamente ao contratante;

JUSTIFICATIVA

Considerando:

- A inexistência de contrato com empresa especializada em serviços de manutenções preventivas e corretivas em equipamentos do CME;
- O início das atividades do Centro Cirúrgico no mês de janeiro de 2023 e o aumento exponencial da demanda de materiais esterilizados;
- A importância da continuidade e plena operação da Central de Material e Esterilização para atendimento a todos os setores assistenciais da unidade hospitalar em questão;
- Atendimento ao Contrato de Gestão 045/2022;

Vale ressaltar também o histórico de intervenções corretivas que os equipamentos já necessitaram, o que potencializa o risco de inoperância dos mesmos e conseqüentemente a interrupção das atividades do Hospital.

SOLICITANTE	AUTORIZAÇÃO
Data: <u>15/12/22</u>	Data: <u>16/12/2022</u>
 Klayre Meireles Coordenador de Melhoria Contínua Hospital Estadual de Luziânia Assintura e Carimbo	 SIDNEI LUIS RUGERI Diretor Geral HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA Assintura e Carimbo